

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 27 del 06/02/2017

Oggetto: FORNITURA IN SERVICE DI N. 1 SISTEMA PER AGOBIOPSIA MAMMARIA E RELATIVA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALL'ISPO - ADESIONE ALLA DET. ESTAR 777/2015 LOTTO N.3	
Struttura Proponente:	S.C. Gestione Coordinamento Processi e Integrazione Aree Amministrativa e Tecnico-Scientifica e supporto Amministrativo ITT - Settore Attività Tecnico/Patrimoniali ed Economiche
Responsabile del Procedimento	Riccardo Regis 
Estensore	Riccardo Regis
Responsabile S.S. Bilancio, Contabilità e investimenti	Cristina Gheri 
ALLEGATI N° 4	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa: 825.336,3

Conto Economico:	3B01010605 dispositivi medici	EURO 759.892,86
	3B040601 canoni di noleggio area sanitaria	EURO 35.443,44

Eseguibile a norma di Legge dal 21/02/2017

Pubblicato a norma di Legge il 06/02/2017

Inviato al Collegio Sindacale il 06/02/2017

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16.12.2016.

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, in forza della quale ISPO è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la delibera del Direttore Generale 24 dicembre 2015, n. 292 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di ISPO;

Premesso che

Con relazione di cui al Protocollo 970/2016 datata 10/05/2016 a firma della Dott.sa Ambrogetti Direttrice S.S. Senologia di screening, approvata con firma autografa dalla Dott.sa Paola Mantellini quale Responsabile della S.C. Screening e Prevenzione secondaria, allegato "A" al presente atto, viene evidenziata la necessità di aderire alla aggiudicazione in service del sistema stereotassica vacuum assisted di cui alla Determinazione Coordinatore di area n°777 del 15/05/2015 Estar, lotto n.3 Ditta aggiudicataria: Devicor Medical Italy Srl, CIG 5861343541;

Dato atto che

La relazione sopra citata è stata approvata dal Direttore Sanitario Dott. Riccardo Poli, in data 13/06/2016 e che il materiale di consumo dedicato alla attrezzatura richiesta risulta dal punto di vista economico sovrapponibile all'attuale, utilizzato con l'apparecchiatura di proprietà dell'Istituto installata nel 2003;

Rilevato che

Nella relazione approvata, si evidenziano numerosi interventi di riparazione per l'apparecchiatura attualmente utilizzata, nella medesima risulta inoltre che alcune parti non sono più sostituibili in quanto non esistono più le parti di ricambio sul mercato;

Rilevato che

La previsione dei consumi è stata quantificata per il triennio 2017 – 2019 in un totale nr. 1357 Kit monopaziente, allegato "B" al presente atto, ed è stata comunicata a questo settore dalla Dott.sa Paola Mantellini quale Direttore della S.C. Prevenzione Secondaria Screening, per le vie brevi con mail del 07/12/2016;

Dato atto che

Con comunicazione del 20/12/2016 Protocollo 2154, allegato "C" al presente atto, ISPO ha comunicato la richiesta definitiva di adesione ad Estar, rettificata per l'importo a stretto giro di posta elettronica nella stessa data, relativamente alla aggiudicazione di cui alla Determinazione Coordinatore di area n°777 del 15/05/2015 Estar, lotto n.3 Ditta aggiudicataria: Devicor Medical Italy Srl, CIG 5861343541;

Dato atto che

Con comunicazione avente Protocollo 64947 del 22/12/2016, allegato "D" al presente atto, ESTAR autorizza ISPO alla acquisizione in service di un "Sistema Mammotome Revolve", disposto con Determinazione Estar n°777 del 15/05/2015 lotto n.3, dove si evince un canone complessivo triennale (IVA esclusa) pari ad Euro 29.052,00 ed un importo complessivo triennale (IVA esclusa) pari ad Euro 622.863,00;

Ritenuto necessario

di nominare il Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto (RES) nella persona del Sig. Vincenzo Mazzalupo;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Istituto, stante l'istruttoria effettuata;

Acquisito il visto di regolare imputazione della spesa da parte della S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

06 FEB. 2017

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato:

1. di aderire alla aggiudicazione in service del sistema stereotassica vacuum assisted di cui alla Determinazione Coordinatore di area n°777 del 15/05/2015 Estar, lotto 3 Ditta aggiudicataria Devicor Medical Italy Srl ;
2. di prevedere nei bilanci di competenza i costi triennali relativi al materiale di consumo per totali Euro 759.892,86 IVA compresa, e i costi triennali relativi al canone del service per totali Euro 35.443,44;
3. di imputare la spesa di cui alla presente aggiudicazione, per il materiale di consumo al conto economico 3B01010605 Dispositivi Medici (Aut.6/2017) e per i canoni di noleggio al conto economico 3B040601 Canoni di noleggio area sanitaria (Aut.44/2017)
4. di nominare il Responsabile dell'esecuzione del Contratto (RES) nella persona del Sig. Vincenzo Mazzalupo;
5. di acquisire il corrispondente CIG "DERIVATO" che dovrà essere riportato nei pagamenti relativi all'esecuzione del contratto in argomento;
6. di comunicare alla Ditta Aggiudicataria: Devicor Medical Italy Srl, l'autorizzazione all'avvio dell'esecuzione del contratto a cura del RES;
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e smi e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti

S.C. Screening e Prevenzione secondaria

Res Sig. Vincenzo Mazzalupo

PO Coordinamento Tecnico sanitario Dr.ssa Eva Carnesciali

Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie – ESTAR

Coordinatore: Dr. Riccardo Randisi

U.O.C. Attrezzature Sanitarie

Direttore: Dr.ssa Marta Bravi

Rif.to Dr.ssa Roberta Maurici

r.maurici@etsar.toscana.it

Allegati:

allegato "A": relazione a firma Dott.ssa Daniela Ambrogetti prot. 970/16

allegato "B": valutazione fabbisogno (Dott.ssa Paola Mantellini)

allegato "C": richiesta di adesione alla gara ESTAR prot.2154/2016

allegato "D": comunicazione di estensione prot. Estar 64947 del 22/12/2016

ACCEGASO A



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA



S.S. Mammografia di Screening
Responsabile Dr.ssa Daniela Ambrogetti

Prot : 870/16

Alla cortese attenzione del
Direttore Sanitario
Dr. Riccardo Poli

SEDE

OGGETTO: biopsia stereotassica vacuum assisted

La struttura SS Screening mammografico ha in dotazione l'apparecchiatura per la esecuzione di biopsie stereotassiche vacuum-assisted. Si tratta di una tecnologia con un livello elevato di complessità che richiede competenze mediche e tecniche di alta qualità. Essa è utilizzata per effettuare prelievi in microcalcificazioni e lesioni mammarie non palpabili. L'apparecchiatura, installata nel 2003, è utilizzata per prelievi di donne afferenti allo screening mammografico della area di competenza della ex ASF e di quelle afferenti ai servizi di screening e senologici delle ex Aziende USL4 Prato e 3 Pistoia.

L'uso di questa tecnologia è elevato con un numero medio di 400-600/ esami l'anno.

La tecnologia si avvale di un tavolo prono radiologico e di un dispositivo di biopsia: ovviamente trattandosi di apparecchiature in uso da molti anni i vari componenti hanno subito numerose riparazioni ed alcuni di essi non solo sono da considerarsi obsoleti, ma in alcuni casi non sono più sostituibili per sospensione della linea di produzione. Relativamente al tavolo Fisher è già stata prodotta una relazione.

Relativamente al dispositivo per biopsia sono state eseguite nel tempo alcune ripetute riparazioni, talvolta anche artigianali, le uniche possibili dal momento che non erano più disponibili sul mercato i pezzi di ricambio. Queste modalità di riparazione non consentono quindi di restituire al personale una apparecchiatura che sia tecnologicamente adeguata e di fatto rende più gravoso e meno accurato dal punto di vista diagnostico il lavoro degli operatori. Va inoltre tenuto in considerazione quanto emerge dai report relativi alle ultime riparazioni del biennio 2014-2015 ovvero che le spese di riparazione per il dispositivo sono di una certa consistenza (4 interventi di riparazione negli ultimi tre mesi dello scorso anno). Poiché recentemente è stata aggiudicata presso Estar la gara relativa al nuovo aggiornamento tecnologico del dispositivo ora disponibile sul mercato (lotto 3, delibera 777 del 2015), si ritiene opportuno suggerire una adesione a tale gara.

Tale adesione, oltre a contenere le spese dovute alle continue riparazioni, permetterebbe di disporre di una tecnologia altamente avanzata che garantirebbe maggiore accuratezza diagnostica con evidenti vantaggi sia dal punto di vista del rischio clinico che in termini di sicurezza degli operatori. E' necessario specificare cosa comporta l'acquisizione del nuovo dispositivo dal punto di vista amministrativo ed economico: in breve si effettuerebbe una sostituzione passando dal dispositivo Legacy al dispositivo Revolve.



S.S. Mammografia di Screening
Responsabile Dr.ssa Daniela Ambrogetti

Dal punto di vista finanziario il costo del monouso è sovrapponibile, mentre ci sarebbe un extra costo annuo relativo all'apparecchio di € 5.516 derivante dalla differenza tra il costo Revolve pari € 9684/anno e il costo attuale del Legacy Full risk pari a € 4.168. La richiesta di adesione lotto 3 gara Vabb non comporta l'introduzione di un secondo apparecchio, ma consente l'introduzione del nuovo Mammotome Revolve di Devicor Medical con la conseguente dismissione del Mammotome Legacy anch'esso di Devicor Medical.

Dr.ssa Daniela Ambrogetti

Firenze, 10 maggio 2016

13/6/16

OK 2 settimane

Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica
SC Screening e Prevenzione Secondaria
SS Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Oncologica
Dr.ssa PAOLA MANTELLINI

VALUTAZIONE FABBISOGNO AGHI PER BIOPSIE IN STEREO TASSI CON RETRO ASPIRAZIONE

Attività Anno 2015

450 agobiopsie di cui 328 di screening e 122 extrascreening (attribuite a SC Senologia)

Stima Attività Anno 2016 (calcolato su quanto effettuato in 11 mesi da Gennaio a Novembre)

380 di cui il 65% (247) di screening e 133 extrascreening (attribuite a SC Senologia)

Come si può notare nel 2016 si è quindi registrata una riduzione del numero di prelievi effettuati del 26%.

Stima fabbisogno aghi per triennio 2017-2019 considerando che andiamo in estensione di età

	2017	2018	2019
50-69 enni	250	250	250
45 enni	20	41	62
46-49 enni	40	31	20
TOTALE	310	325	332

A queste stime va aggiunta quella extrascreening che al momento si aggira sulle 120-130 unità anno e che potrebbe subire delle fluttuazioni al ribasso per effetto del riassorbimento di una parte della utenza della SC Senologia nello screening. Ad ogni modo è meglio mantenersi conservativi stimando:

440 biopsie nel 2017, 455 biopsie nel 2018, 462 biopsie nel 2019.

Firenze, 20 DIC, 2016

Prot. n. 2154

A mezzo mail

Spett.Le
ESTAR
alla. c. a. del Direttore Generale
Gentile Dott. Niccolò Pestelli
alla. c.a. del Direttore Amministrativo
Egregio Dott.sa Roberta Volpini
alla. c.a. del Coordinatore Dipartimento ABS
Dott.ssa Donella Racheli
alla. c.a. Divisione Attrezzature informatiche e sanitarie
Dott. Riccardo Randisi
alla. c.a. Divisione Attrezzature sanitarie
Dott.sa Marta Bravi

Oggetto: integrazione alla richiesta di adesione gara per la fornitura in convenzione fornitura in service di sistemi per biopsia mammaria lotto 3 – Determinazione N.777 del 15/05/2015 Prot. Ispo 1661 del 23/09/2016

Ad integrazione della richiesta di cui all'oggetto, comunichiamo che il costo relativo ai materiali di consumo, inserito nel bilancio 2016 e per quanto di competenza negli anni successivi, è previsto per Euro 914.159,664 IVA inclusa.

Altresì si comunica che il fabbisogno specificato dell'Istituto quale canone di service triennale dell'attrezzatura, pari ad Euro 35.443,44 è inserito per quanto di competenza nel bilancio per l'anno 2016 e sarà inserito per i successivi anni di competenza

Con i migliori saluti

Fabrizio Carraro
Direttore Amministrativo



ispo riccardo regis

Da: Roberta Maurici [r.maurici@estar.toscana.it]
Inviato: giovedì 22 dicembre 2016 14:21
A: ispo riccardo regis
Oggetto: Re: rettifica importo presunto di spesa

Allegati: 64947.pdf



64947.pdf (473
KB)

Si trasmette la nota prot. n. 64947 del 22/12/2016, di autorizzazione all'adesione in argomento.

Cordiali saluti

Roberta Maurici

----- Messaggio originale -----

Da: "ispo riccardo regis" <r.regis@ispo.toscana.it>
A: "r maurici" <r.maurici@estar.toscana.it>
Inviato: Mercoledì, 21 dicembre 2016 12:37:37
Oggetto: rettifica importo presunto di spesa

Gentilissima, come da comunicazione telefonica le confermo che l'importo inserito nella comunicazione allegata pari ad Euro 914.159,664 iva inclusa, è da rettificare e considerare corretto per totali Euro 759.892,86 così determinato:

nr kit totale per tre anni	1357
importo singolo kit	459
totale	622.863
iva 22%	137.029, 86

totale iva compresa 759.892,86

a disposizione per chiarimenti saluto cordialmente.
Riccardo Regis

Riccardo Regis
Attività tecnico/patrimoniali ed economali ISPO - Istituto per lo Studio e la
Prevenzione Oncologica Villa delle Rose Via Cosimo il Vecchio, 2
50139 Firenze
tel.055/32697839
cell.338/7801541
fax 055/32697984
email - r.regis@ispo.toscana.it

-----Messaggio originale-----

Da: ispo riccardo regis [mailto:r.regis@ispo.toscana.it]
Inviato: martedì 20 dicembre 2016 15:48
A: 'r.randisi@estar.toscana.it'
Cc: 'm.bravi@estar.toscana.it'; 'Ispo - Eva Carnesciali'
Oggetto: I: Invio scansione documenti

buongiorno, in allegato alla presente si invia la copertura economica relativa ai materiali di consumo di cui alla Det. N.777/2015 lotto 3 a disposizione per chiarimenti saluto cordialmente.
Riccardo Regis

ACCEGATO ~D



Siena, 22/12/2016
Prot. n° 64347

Spett.le ditta DEVICOR MEDICAL ITALY
Viale del Poggio Fiorito, 27
00144 - ROMA
FAX 800 918 202

ISPO
Via Cosimo il Vecchio, 2
50139 FIRENZE

Dipartimento Farmaceutica e Logistica
anagrafica.codifica@estar.toscana.it

Oggetto: FORNITURA IN SERVICE DI N. 1 SISTEMA PER AGOBIOPSIA MAMMARIA E RELATIVA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALL' ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (ISPO): COMUNICAZIONE ESTENSIONE DET. ESTAR N. 777/2015 - LOTTO N. 3.

Area Divisione Attrezzature Informatiche e Sanitarie
Coordinatore: Dr. Riccardo Randisi
U.O.C. Attrezzature Sanitarie
Direttore: Dr.ssa Marta Bravi

Si comunica che, a seguito dell'affidamento della *convenzione per la fornitura in service di sistemi per agobiopsia mammaria e la fornitura triennale di materiale di consumo* disposta con Determinazione n. 777 del 15/05/2015, si autorizza l'ISPO all'acquisizione in service sul Lotto n. 3 delle strumentazioni di seguito riportate alle seguenti condizioni economiche:

Rif.to: Dr.ssa Roberta Maurici
Indirizzo: P.zza C.Rosselli, 24 - 53100 Siena
Telefono: 0577/769384
Fax: 0577/769912
r.maurici@estar.toscana.it

	DESCRIZIONE	QT.	CANONE MENSILE MIGLIORATO* (IVA esclusa)	CANONE COMPLESSIVO TRIENNALE (IVA esclusa)
Pos. a	Sistema Mammotome Revolve	1	€ 807,00	€ 29.052,00
	DESCRIZIONE	QT. triennale	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)	IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE (IVA esclusa)
Pos. b	Kit Monopaziente	1357	€ 459,00	€ 622.863,00
Totale (Iva esclusa)				€ 651.915,00

Per un importo complessivo di € 651.915,00 (IVA esclusa).

N.B.: La presente NON costituisce ordinativo di fornitura, che verrà emesso dalle competenti strutture dell'ISPO, sulla base delle esigenze di approvvigionamento.

Si comunica che Estar, ai sensi della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha acquisito per la fornitura in argomento, il CIG 5861343541 con modalità di realizzazione di "Accordo quadro/Convenzione", sulla base del quale si invita pertanto le Aziende Sanitarie acquirenti ad acquisire il corrispondente CIG "DERIVATO", che dovrà essere riportato nei pagamenti relativi all'esecuzione del contratto in argomento.

Si raccomanda inoltre di trasmettere alla scrivente, con la dovuta tempestività, l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura.

* *Proposta migliorativa della ditta Devicor Medical Italy (nota del 18/02/2016 in applicazione L. 125/2015 Spending Review) che verrà formalizzata con successivo provvedimento.*

ESTAR
Sede legale
Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>
direzione@estar.toscana.it
Partita Iva 064855/0485



Il Direttore U.O.C.
(Dr.ssa Marta Bravi)